



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 20 декабря 2016 года № РЗН 2015/2730

На медицинское изделие

**Установки для ультразвуковой механизированной предстерилизационной
очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией
процесса УЗО-"МЕДЭЛ" по ТУ 9451-001-12197812-2002**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Елатомский приборный завод"
(АО "ЕПЗ"), Россия,**

391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д.25

Производитель

**Акционерное общество "Елатомский приборный завод"
(АО "ЕПЗ"), Россия,**

391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д.25

Место производства медицинского изделия

АО "ЕПЗ", Россия,

391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25

Номер регистрационного досье № РД-14758/66299 от 07.12.2016

Вид медицинского изделия 127550

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 20 декабря 2016 года № 14322
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0028304

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 декабря 2016 года № РЗН 2015/2730

Лист 1

На медицинское изделие

Установки для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией процесса УЗО-"МЕДЭЛ" по ТУ 9451-001-12197812-2002, варианты исполнения:

а) У301-01-«МЕДЭЛ» - (с рабочим объемом 1 л) в составе:

- генератор ультразвуковой;
- излучатель ультразвуковой;
- ёмкость-контейнер типа ЕДПО-1-01 (регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05373);

- «рабочая ёмкость» в составе:

- 1) корпус;
 - 2) поддон;
 - 3) отражатель (135x100x12,5 мм.);
- отражатель (135x100x12,5 мм.);
 - крышка;
 - подставка.

б) У303-01-«МЕДЭЛ» - (с рабочим объемом 3 л) в составе:

- генератор ультразвуковой;
- излучатель ультразвуковой;
- ёмкость-контейнер типа ЕДПО-3-01 (регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05373);

- ёмкость в составе:

- 1) корпус;
 - 2) поддон;
 - 3) отражатель (200x155x12,5 мм.);
- отражатель (200x155x12,5 мм.);
 - крышка;
 - подставка.

2

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0031316