

**Столики медицинские инструментальные из нержавеющей стали передвижные  
СИ 2-01-«Электра» по ТУ 9452-003-39548518-2004  
в следующем исполнении СИ 2-01(3Н-2)**  
**Паспорт  
МПЭЛ.942819.003-13П**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик СИ 2-01 (3Н-2)	565x385x870* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	10

Столик с тремя полками и одним ящиком **СИ 2-01** (3Н-2)-является модификацией базовой модели **СИ 2-01** -«Электра». Размер полки - 500x345 мм, размер ящиков 335x220x60 мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 18 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

**УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.** Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, на котором располагаются три полки и два ящика на полозьях, выдвигающихся в обе стороны. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.** Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ.** Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

**ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

Изготовитель гарантирует соответствие столика **СИ 2-01** (3Н-2)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок - 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

**Гарантийный талон**

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока  
Столика инструментального **СИ 2-01** (3Н-2)-«Электра»

ТУ 9452-003-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска: 03.2025 г.

Приобретен \_\_\_\_\_

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать  
руководителя  
ремонтного предприятия

подпись и печать  
руководителя  
учреждения владельца