

Столики медицинские инструментальные из нержавеющей стали передвижные**СИ 2-01-«Электра» по ТУ 9452-003-39548518-2004****в следующем исполнении СИ 2-01(3Н)****Паспорт****МПЭЛ.942819.003-10П**

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарах и лечебно-профилактических учреждений различного профиля. Столик выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---------------------|--|-----------|
| Столик СИ 2-01 (3Н) | 565x385x870* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм | 8 |

Столик **СИ 2-01 (3Н)**- является модификацией базовой модели столика **СИ 2-01 -«Электра»**. Размер полки - 500x345 мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 15 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, на котором располагаются три полки. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| | |
|--|---|
| Объем работ | Методика технического обслуживания |
| 1. Внешний вид | Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений |
| 2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика | Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н. |

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
|--|--|------------------|
| Большой люфт опор | Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой | Подтянуть винт |

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика **СИ 2-01 (3Н)-«Электра»** требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок –24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального **СИ 2-01 (3Н)-«Электра»** ТУ 9452-003-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска: 03.2025 г.

Приобретен _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать

руководителя

ремонтного предприятия

подпись и печать

руководителя

учреждения владельца