

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол лабораторный: _____
серия _____ модель _____
Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел _____

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК»

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол лабораторный: _____
серия _____ модель _____
Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия _____ модель _____

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия _____

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____

число, месяц (прописью), год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп продавца _____

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____

число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

ООО МК «АСК»



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модели:	СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00

Паспорт
СЛ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	7
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	12
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	12
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	12
Приложение 1	13

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол лабораторный: _____
серия _____ модель _____
Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Настройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1);Э; СЛН.01.01 (мод.1);Э; СЛН.01.02 (мод.1);Э; СЛН.02.00 (мод.1);Э; СЛН.03.00 (мод.1);Э; СЛН.03.01 (мод.1);Э; СЛН.04.00 (мод.1);Э; СЛН.05.00 (мод.1);Э

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.

1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.

1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол лабораторный, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00. Далее по тексту – Изделие, Стол.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

I. Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «Стандарт»

II. Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»

III. Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий « Оптима»

IV. Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «Элит»

V. Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 г.

2.2 **Принадлежности.** Стол лабораторный при необходимости может комплектоваться принадлежностями: Настройка для стола, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1), СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1), СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) (См. Раздел 3 настоящего паспорта). Настройка для стола предназначена для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клиничко-диагностических лабораториях.

2.3 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, Е-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.4 **Назначение изделия:** предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клиничко-диагностических лабораториях.

2.5 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.6 Область применения - клиничко-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.7 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.8 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.9 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
1	Стол лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛ.00.00	800÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.00.01	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020**	750÷950	50
		СЛ.01.00	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.01	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.02	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.03	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.00	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.01	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.02	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.00	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.01	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.02	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.03	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
СЛ.04.00	900÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50		
НАДСТРОЙКИ ДЛЯ СТОЛА							
2	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛН.01.00	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.01	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.01 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.02	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.02 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.02.00	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.02.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.03.00	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
СЛН.03.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10		

Таблица 4.6 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Оптима, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.О; СЛ.02.01.О; СЛ.02.02.О; СЛ.03.00.О; СЛ.03.01.О; СЛ.03.02.О; СЛ.03.03.О	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).О; СЛН.01.01 (мод.1).О; СЛН.01.02 (мод.1).О; СЛН.02.00 (мод.1).О; СЛН.03.00 (мод.1).О; СЛН.03.01 (мод.1).О; СЛН.04.00 (мод.1).О; СЛН.05.00 (мод.1).О	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.7 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Элит, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Э; СЛ.00.01.Э; СЛ.01.00.Э; СЛ.01.01.Э; СЛ.01.02.Э; СЛ.01.03.Э; СЛ.04.00.Э	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Э; СЛН.01.01.Э; СЛН.01.02.Э; СЛН.02.00.Э; СЛН.03.00.Э; СЛН.03.01.Э; СЛН.04.00.Э; СЛН.05.00.Э	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.8 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Элит, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Э; СЛ.02.01.Э; СЛ.02.02.Э; СЛ.03.00.Э; СЛ.03.01.Э; СЛ.03.02.Э; СЛ.03.03.Э	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Настройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Сп; СЛН.01.01.Сп; СЛН.01.02.Сп; СЛН.02.00.Сп; СЛН.03.00.Сп; СЛН.03.01.Сп; СЛН.04.00.Сп; СЛН.05.00.Сп	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Сп; СЛ.02.01.Сп; СЛ.02.02.Сп; СЛ.03.00.Сп; СЛ.03.01.Сп; СЛ.03.02.Сп; СЛ.03.03.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Настройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).Сп; СЛН.01.01 (мод.1).Сп; СЛН.01.02 (мод.1).Сп; СЛН.02.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.01 (мод.1).Сп; СЛН.04.00 (мод.1).Сп; СЛН.05.00 (мод.1).Сп	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.5 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Оптима, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.О; СЛ.00.01.О; СЛ.01.00.О; СЛ.01.01.О; СЛ.01.02.О; СЛ.01.03.О; СЛ.04.00.О	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Настройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.О; СЛН.01.01.О; СЛН.01.02.О; СЛН.02.00.О; СЛН.03.00.О; СЛН.03.01.О; СЛН.04.00.О; СЛН.05.00.О	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
		СЛН.03.01	1445±1745	250±400	600±1000		10
		СЛН.03.01 (мод.1)	1445±1745	250±400	600±1000		10
		СЛН.04.00	1445±1745	250±400	600±1000		10
		СЛН.04.00 (мод.1)	1445±1745	250±400	600±1000		10
		СЛН.05.00	945±1445	250±400	600±1000		10
		СЛН.05.00 (мод.1)	1445±1745	250±400	600±1000		10

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***)

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.10 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Стол лабораторный	СЛ.00.00	57	68	52	72
		СЛ.00.01	82	94	73	99
		СЛ.01.00	90	98	85	101
		СЛ.01.01	76	89	71	94
		СЛ.01.02	93	106	86	111
		СЛ.01.03	108	120	111	126
		СЛ.02.00	155	170	147	177
		СЛ.02.01	130	145	120	152
		СЛ.02.02	107	122	98	129
		СЛ.03.00	198	223	190	232
		СЛ.03.01	176	201	163	210
		СЛ.03.02	156	181	145	190
		СЛ.03.03	224	249	194	259
		СЛ.04.00	87	102	74	107
		2	Принадлежность: Настройка для стола	СЛН.01.00	25	28
СЛН.01.00 (мод.1)	28			31	28	32
СЛН.01.01	29			31	30	35
СЛН.01.01 (мод.1)	32			34	33	38
СЛН.01.02	30			33	28	34
СЛН.01.02 (мод.1)	36			39	34	40
СЛН.02.00	39			42	35	43
СЛН.02.00 (мод.1)	47			50	43	51
СЛН.03.00	43			46	41	47

	СЛН.03.00 (мод.1)	51	54	43	55
	СЛН.03.01	47	50	45	51
	СЛН.03.01 (мод.1)	57	61	43	63
	СЛН.04.00	61	65	49	67
	СЛН.04.00 (мод.1)	62	66	55	67
	СЛН.05.00	61	65	55	67
	СЛН.05.00 (мод.1)	74	78	66	80

2.11 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Стол лабораторный	Стандарт	СЛ.00.00, СЛ.00.01, СЛ.04.00	- на столешницу – 70 - на дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		
2	Стол лабораторный	Стандарт	СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		
3	Стол лабораторный островной	Стандарт	СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02; СЛО.04.00	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		
4	Принадлежность: Надстройка для стола	Стандарт	СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1), СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1), СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1)	- на полку - 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		

2.12 На надстройках для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) установлены розетки с заземляющим контактом и защитной крышкой для подключения потребителей электропитания от внешней однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В.

Надстройки для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) имеют по 1 розетке.

2.13 Розетка надстроек для столов моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) работоспособна при подключении электропотребителя с максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт.

2.14 Стол устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.С; СЛ.00.01.С; СЛ.01.00.С; СЛ.01.01.С; СЛ.01.02.С; СЛ.01.03.С; СЛ.04.00.С	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.С; СЛН.01.01.С; СЛН.01.02.С; СЛН.02.00.С; СЛН.03.00.С; СЛН.03.01.С; СЛН.04.00.С; СЛН.05.00.С	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.С; СЛ.02.01.С; СЛ.02.02.С; СЛ.03.00.С; СЛ.03.01.С; СЛ.03.02.С; СЛ.03.03.С	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).С; СЛН.01.01 (мод.1).С; СЛН.01.02 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.03.00 (мод.1).С; СЛН.03.01 (мод.1).С; СЛН.04.00 (мод.1).С; СЛН.05.00 (мод.1).С	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Сп; СЛ.00.01.Сп; СЛ.01.00.Сп; СЛ.01.01.Сп; СЛ.01.02.Сп; СЛ.01.03.Сп; СЛ.04.00.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	