

АО «Можайский медико-инструментальный завод»

**СТЕТОСКОП АКУШЕРСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ САД-«М-МИЗ»**

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСР 2007/00767 от 01.10.2007 г.

ЭТИКЕТКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Стетоскоп предназначен для выслушивания тонов плода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	- 170 мм
Диаметр внутреннего отверстия	- 6 мм
Наружный диаметр одной раковины	- 58 мм
Наружный диаметр другой раковины	- 55 мм

Стетоскоп изготовлен из дерева твердой лиственной породы (березы).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Стетоскоп устойчив к дезинфекции протиркой 3% раствором перекиси водорода или 1% раствором хлорамина.

ХРАНЕНИЕ

Храниться стетоскоп должен при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стетоскопы соответствуют требованиям технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Контролер ОТК № 1 Упаковщик № 1 Дата выпуска

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стетоскопа требованиям технических условий ТУ 9398-093-07613473-2003 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

Гарантийный срок эксплуатации стетоскопа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляются в установленном порядке при возврате дефектного стетоскопа с данной этикеткой по адресу:

143220 Московская область, г.п.Можайск, пос.Медико-инструментального завода» АО «Можайский МИЗ»

Интернет [www.mmiz.ru](http://www.mmiz.ru)

ОТК  
41

01.11.2022