

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1. Кресло поставляется в собранном виде, навесные приспособления необходимо установить.
2. Установите кресло на ровную поверхность.
3. Отрегулируйте ножки 1 с целью устранить неровности пола.
4. Вставьте подколенные упоры с держателями в направляющие зажимы 2 на боковых рейках вдоль сидения и закрепите их замками.
5. Вставьте опорные ручки в направляющие втулки 3 на боковых рейках вдоль сидения и закрепите их винтами-барашками.

ООО «Горское»
142400, г. Ногинск, Московская область, ул. 200 лет города, дом 2
Тел: 8-800-444-06-65 e-mail: info@gorskoye.com

Паспорт

**Кресло гинекологическое КГ-06-"Горское"
по ТУ 9452-001-91587838-2011**

Вариант исполнения КГ-06.П2



Год выпуска 2022

Кресло гинекологическое КГ-06-"Горское"

Вариант исполнения КГ-06.П2

ТУ 9452-001-91587838-2011

Зав. № _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1 Кресло гинекологическое КГ-06.П2-«Горское» предназначено для проведения осмотра, гинекологических, урологических, проктологических процедур.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

2.1. Кресло КГ-06.П2- «Горское» состоит из кресла, навесных приспособлений.

2.2. Кресло состоит из основания, спинки, сидения, механизмов наклона спинки, сидения.

2.3. Основание кресла представляет собой жесткую сварную конструкцию из стали с эпоксидным покрытием на стойке-колонне, на которую крепится подвижная спинка, сидение. Основание кресла и электропривод закрыты защитным кожухом.

2.4. Каждая из секций (спинка, сиденье) имеет мягкий верх с покрытием, устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовому облучению.

2.5. Изменение угла наклона спинки кресла осуществляется при помощи электропривода.

Регулировка сиденья осуществляется при помощи пневмопружины.

Регулировка угла наклона спинки и сидения – независима друг от друга.

2.6. На основании кресла с двух сторон установлены две боковые металлические направляющие для крепления дополнительных опций

2.7. На направляющих закреплены опорные ручки, которые фиксируются с помощью винта-барашка; и два подвижных ползуна, в которых крепятся подколенные упоры с регулировкой положений по высоте при помощи зажимов. Подколенные упоры для ног мягкие, эргономичные по форме, выполнены из интегрированного пенополиуретана.

2.8. Под сидением кресла установлен выдвижной, съемный поддон (лоток) из нержавеющей стали на креплении из нержавеющей стали.

2.9. Спинка фиксируется в горизонтальном положении независимо от угла наклона сидения.

2.10. Комплект поставки кресла:

- основание с установленным на нем сидением, спинкой с комплектом

электропривода – 1 шт.;

- ручной пульт управления электропривода – 1 шт.;

- подколенные упоры с возможностью регулировки по высоте и углу наклона – 2 шт.;

- выдвижной поддон – 1 шт.;

- зажим – 2 шт.;

- опорные ручки – 2 шт.;

- регулируемые опоры – 4 шт.;

- приставная ступень – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт.;

- инструкция по сборке – 1 шт.

2.11. Кресло может быть оснащено дополнительными приспособлениями (принадлежностями) по запросу: ножная педаль управления электропривода, ножная съемная секция, мягкий подголовник, штатив для вливаний, проктологические упоры.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Масса кресла – 95 (± 5) кг. без навесных приспособлений.

3.2. Габаритные размеры кресла, мм:

- высота в положении «кресло»- 1710 (± 5);

- ширина кресла без съемных приспособлений- 610 (± 5);

- длина в положении «стол» 1450 (± 15);

- ширина сиденья и спинки кресла 580 (± 5);

-длина спинной секции 900 (± 10);

-длина сиденья 520 (± 5);

- высота ложа – 930 (± 10).

3.3. Спинка кресла имеет угол наклона от 20° до 109° относительно вертикали.

3.4. Сидение кресла имеет угол наклона от 0° до 23°.

3.5. Положение «Тренделенбург»- 9°.

3.6. Грузоподъемность кресла не более 180 кг.

3.7. Потребляемая мощность – 360 Вт.

3.8. Наполнитель обивки – пенополиуретан толщиной 40 мм.

3.9. Напряжение электрической сети – 220В, 50 Гц.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий

ТУ9452-001-91587838-2011.

4.2. Гарантия изготовителя на оборудование, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности составляет 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.

4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт

со штампом производителя и печатью продавца.

Дата выпуска:

Штамп производителя

Срок эксплуатации 6 лет

Дата продажи

Печать организации, продавшей изделие