Акционерное общество
“Досчатинский завод медицинского оборудования”

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Промкрорайон №19, участок “ДЗМО”, здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

ДЗМО
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ С 1936 ГОДА

ОКП 94 5150

РУ № ФСР 2009/05811 от 12.11.2015 г.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ ВНУТРИКОРПУСНАЯ ТПБВ-01 “Д” ПАСПОРТ УИЮР 942811.002 ПС

Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед регулировкой и эксплуатацией.
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Тележка предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

1.2 Габаритные размеры.

Таблица 1

Длина	2030 ± 30 мм
Ширина	675 ± 10 мм
Высота	1000 ± 10 мм
Высота (панели ложа над полом)	800 ± 10 мм
Масса, не более	45 кг
Номинальная нагрузка массой	80 кг
Усилие перемещения, не более	15 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет
Угол наклона подголовника в верхнем положении должен быть не менее	35°

1.3 Комплектность указана в таблице.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во
Тележка для перевозки больных внутрикорпусная, ТПБВ-01 «Д»	УИЮР942811.002	1
Паспорт	УИЮР 942811.002 ПС	1 экз.

2 Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

2.1 Тележка (см.рис.) представляет собой каркас 1, сваренный из стальных труб, на котором закреплены ложе и подголовник 3. Тележка установлена на четыре колеса 4 с тормозом 10,и снабжена ручками 5 и откидывающимися ограждениями 6 по бокам ложа, четырьмя амортизаторами 8 , которые служат для смягчения ударов при наезде на препятствия. Подголовник устанавливается в наклонное положение вручную при помощи гребенок 7 и крючков 9.

2.2 Распакуйте тележку и очистите ее от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта. Выполните санитарную обработку тележки.

2.3 Запрещается эксплуатация тележки с неисправными колесами и ограждениями.

2.4 В связи с дальнейшим использованием изделия его конструкция может несколько отличаться от приведенной в паспорте.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2015 года № ФСР 2009/05811

На медицинское изделие
Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-01 "Д"
по ТУ 9451-046-07614107-2007

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Номер регистрационного досье **№ РД-9074/44554 от 28.10.2015**

Вид медицинского изделия **201690**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5150**

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2015 года № 8332
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.В. Пархоменко**

0015394

3 Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колес, любой консистентной технической смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке тележки.

3.2 Проверка технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования тележки проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

3.3 Тележки в упаковке изготовителя должны храниться в закрыто помещении при температуре от - 50°С до + 40°С и относительной влажности 98 % при + 25 ”С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Могут транспортироваться на любом виде закрытого транспорта.

3.4 Срок хранения без консервации - 3 года.

4 Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях

4.1 Гарантийный срок эксплуатации тележек - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.2 В течение гарантийного срока изготовитель или предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет тележку или ее части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт с указанием адреса, где находится изделие, номер телефона. Также необходимо выслать сломанную деталь, если высылка затруднена, то об этом должно быть указано в ведомости. Рекламации на тележку и ее части, подвергнутые ремонту у потребителя, заводом не удовлетворяются.

5 Свидетельство о приемке

Тележка для перевозки больных внутрикорпусная — Наименование изделия

ТПБВ-01 “Д” — Обозначение

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик

Корешок талона №
На гарантийный ремонт
Техническое обслуживание ____ 20__ г. Гл. механик _____
Изъят _____ Цеха (ателье) _____
Фамилия, личная подпись

ОАО Досчатинский завод медоборудования
607033 г. Выкса Нижегородской области п.Досчатое

ТАЛОН №

На гарантийный ремонт_____

Техническое обслуживание
ТПБВ-01 «Д», изготовленного _____
дата изготовления

Заводской №_____

Продан (а) магазином № _____
наименование
_____
торга
«_____» _____20___г.

Штамп магазина _____
личная подпись

Владелец или его адрес_____
_____
_____
личная подпись

Выполнены работы по устранению неисправностей
_____
_____
_____
_____механик цеха (ателье)

Дата
Владелец_____
личная подпись

УТВЕРЖДАЮ
Зав.цехом (ателье) _____»_____20____г.

_____
личная подпись