



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 17 июня 2021 года № РЗН 2016/4282

На медицинское изделие  
**Стол-трансформер для новорожденных «Солнышко» (комплектность СО)**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
**Общество с дополнительной ответственностью "Евролиния"**  
(ОДО "Евролиния"), Республика Беларусь,  
223060, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный, ул. Мира, д. 20, к. 1

Производитель  
**Общество с дополнительной ответственностью "Евролиния"**  
(ОДО "Евролиния"), Республика Беларусь,  
223060, Минская обл., Минский р-н, п. Привольный, ул. Мира, д. 20, к. 1

Место производства медицинского изделия  
**ОДО "Евролиния", 220037, Республика Беларусь, г. Минск,**  
ул. Долгобродская 18/11

Номер регистрационного досье № РД-41922/28090 от 02.06.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.30.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 17 июня 2021 года № 5662  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

**0053794**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 июня 2021 года

№ РЗН 2016/4282

Лист 1

На медицинское изделие

**Стол-трансформер для новорожденных «Солнышко» (комплектность СО),**  
в составе:

- основание стола нижнее (каркас);
- ложе металлическое;
- борта боковые съёмные из прозрачного пластика (3 шт.);
- стойка держателя модуля ИК-обогрева;
- модуль верхнего ИК-обогрева и освещения;
- блок управления и индикации электронный;
- датчик температуры с информационным проводом;
- батарейка (3 шт.);
- сетевой шнур с евророзеткой;
- матрас в гигиеническом чехле;
- колёса (со стопором 2 шт. и без 2 шт.);
- полка выдвижная (ящик) для гигиенических материалов);
- полка боковая приборная (2 шт.).

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0074099