



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

На медицинское изделие

Кровать медицинская функциональная КМФТ-"МСК"
по ТУ 9452-019-52962725-2008

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медстальконструкция"
(ООО "Медстальконструкция"), Россия,
450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, к. 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Медстальконструкция"
(ООО "Медстальконструкция"), Россия,
450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, к. 1

Место производства медицинского изделия

ООО "Медстальконструкция", Россия, 450095, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, к. 1, лит. Д, Е, Ж

Номер регистрационного досье № РД-63743/57533 от 26.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.30.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 13 листах

приказом Росздравнадзора от 29 августа 2024 года № 4944
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0076468

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 1

На медицинское изделие

Кровать медицинская функциональная КМФТ-"МСК"

по ТУ 9452-019-52962725-2008, в вариантах исполнения:

1. Исполнение MEGI Tempo моделей:

MEGI Tempo 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Tempo M Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, реечным ложем, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Tempo 2 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Tempo 3 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, пластиковым ложем, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Tempo X Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями с пультом управления, пластиковым ложем, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Tempo 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, деревянными спинками, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами

в составе:

каркас кровати - 1 шт., электропривод с ручным опусканием JC35L10 - 1 шт.,

электропривод JC35D4 - 3 шт., пульт управления JCH35A16 - 1 шт.,

блок управления - 1 шт., аккумулятор JCP35PA - 1 шт., ложе в вариантах исполнения:

из стального листа - 1 шт., реечное - 1 шт., из пластика - 1 шт., спинка кровати в

вариантах исполнения: пластиковая - 2 шт., деревянная - 2 шт., боковые ограждения в

вариантах исполнения: реечные МСК-109 - 2 шт., пластиковые малые МСК-161 - 4 шт.,

пластиковые МСК-161П - 4 шт., реечные деревянные МСК-163 - 2 шт., пластиковые

МСК-160(при необходимости) - 2 шт., колеса до 5 шт., руководство по эксплуатации -

1 шт., пульт управления сестринский JCHN35E1(при необходимости) - 1 шт., кнопка

экстренного отключения электропитания JCP35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма

Заместитель руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146708

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 2

выравнивания потенциалов GB(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JCP35U1(при необходимости) - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) МСК-115(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-330(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., чехол в вариантах исполнения: МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопролежневая с компрессором в вариантах исполнения: СWAT(при необходимости) - 1 шт., СWAP(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт.

2. Исполнение MEGI Meli моделей:

MEGI Meli 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Meli M Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, реечным ложем, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Meli 2 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Meli 3 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, пластиковым ложем, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Meli X Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями с пультом управления, пластиковым ложем, регулированием секций и

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0146709

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 3

Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Meli 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, деревянными спинками, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Meli 7 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками (головная спинка неподвижная), пластиковыми боковыми ограждениями, пластиковым ложем, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами
в составе:

каркас кровати - 1 шт., электропривод колонного типа JC35EA3A - 2 шт., электропривод с ручным опусканием JC35L10 - 1 шт., электропривод JC35D4 - 1 шт., пульт управления JCH35A6 - 1 шт., пульт управления сестринский JCHN35E1 - 1 шт., блок управления - 1 шт., аккумулятор JCP35PA - 1 шт., упорный механизм - 2 шт., ложе в вариантах исполнения: из стального листа - 1 шт., реечное - 1 шт., из пластика - 1 шт., спинка кровати в вариантах исполнения: пластиковая - 2 шт., деревянная - 2 шт., боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные МСК-109 - 2 шт., пластиковые малые МСК-161 - 4 шт., пластиковые МСК-161П - 4 шт., реечные деревянные МСК-163 - 2 шт., пластиковые МСК-160(при необходимости) - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., кнопка экстренного отключения электропитания JCP35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма выравнивания потенциалов GB(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JCP35U1(при необходимости) - 1 шт., пульт управления сестринский с дисплеем JCHN35H(при необходимости) - 1 шт., устройство для взвешивания КСК10(при необходимости) - 1 шт., ночная подсветка JCP35E1-LED(при необходимости) - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) МСК-115(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-330(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопролежневая с компрессором в вариантах

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146710

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 4

исполнения: SWAT(при необходимости) - 1 шт., SWAP(при необходимости) - 1 шт.,
матрац с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт.

3. Исполнение MEGI Swift моделей:

MEGI Swift 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций, Бранденбурга и латерального наклона электроприводами;

MEGI Swift M Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, реечным ложем, регулированием секций, Тренделенбурга и латерального наклона электроприводами;

MEGI Swift 2 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций, Тренделенбурга и латерального наклона электроприводами;

MEGI Swift 3 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, пластиковым ложем, регулированием секций, Тренделенбурга и латерального наклона электроприводами;

MEGI Swift X Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями с пультом управления, пластиковым ложем, регулированием секций, Тренделенбурга и латерального наклона электроприводами;

MEGI Swift 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, деревянными спинками, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций, Тренделенбурга и латерального наклона электроприводами

в составе:

каркас кровати - 1 шт., электропривод колонного типа JC35EA3C - 2 шт.,
электропривод с ручным опусканием JC35L10 - 1 шт., электропривод JC35D4 - 2 шт.,
пульт управления JCH35A6 - 1 шт., пульт управления сестринский JCHN35E1 - 1 шт.,
блок управления - 1 шт., аккумулятор JCP35PA - 1 шт., упорный механизм - 2 шт.,
ложе в вариантах исполнения: из стального листа - 1 шт., реечное - 1 шт., из пластика -
1 шт., спинка кровати в вариантах исполнения: пластиковая - 2 шт., деревянная - 2 шт.,
боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные МСК-109 - 2 шт., пластиковые
малые МСК-161 - 4 шт., пластиковые МСК-161П - 4 шт., реечные деревянные

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146711

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 5

МСК-163 - 2 шт., пластиковые МСК-160(при необходимости) - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., педаль управления JCP35V(при необходимости) - 2 шт., кнопка экстренного отключения электропитания JCP35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма выравнивания потенциалов GB(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JCP35U1(при необходимости) - 1 шт., пульт управления сестринский сенсорный JCHN35H3(при необходимости) - 1 шт., пульт управления сестринский с дисплеем JCHN35H(при необходимости) - 1 шт., устройство для взвешивания КСК10 (при необходимости) - 1 шт., ночная подсветка JCP35E1-LED(при необходимости) - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) МСК-115(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-330(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопрележная с компрессором в вариантах исполнения: SWAT(при необходимости) - 1 шт., SWAP(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт., комплект матрацев-вставок для латеральной терапии МСК-768 (при необходимости) - 1 шт.

4. Исполнение MEGI Opti моделей:

MEGI Opti 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций электроприводами;

MEGI Opti M Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, реечным ложем, регулированием секций электроприводами;

MEGI Opti 2 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций электроприводами;

MEGI Opti 3 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, пластиковым ложем, регулированием секций электроприводами;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146712

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 6

MEGI Opti X Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями с пультом управления, пластиковым ложем, регулированием секций электроприводами; MEGI Opti 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, деревянными спинками, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций электроприводами в составе:

каркас кровати - 1 шт., электропривод с ручным опусканием JC35L10 - 1 шт., электропривод JC35D4 - 2 шт., пульт управления JCH35A16 - 1 шт., блок управления - 1 шт., аккумулятор JCP35PA - 1 шт., упорный механизм - 2 шт., ложе в вариантах исполнения: из стального листа - 1 шт., реечное - 1 шт., из пластика - 1 шт., спинка кровати в вариантах исполнения: пластиковая - 2 шт., деревянная - 2 шт., боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные MCK-109 - 2 шт., пластиковые малые MCK-161 - 4 шт., пластиковые MCK-161П - 4 шт., реечные деревянные MCK-163 - 2 шт., пластиковые MCK-160(при необходимости) - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., пульт управления беспроводной JCHR35G(при необходимости) - 1 шт., кнопка экстренного отключения электропитания JCP35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма выравнивания потенциалов GB(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JCP35U1(при необходимости) - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) MCK-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) MCK-115(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) MCK-311(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) MCK-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: MCK-701(при необходимости) - 1 шт., в MCK-701П(при необходимости) - 1 шт., MCK-721(при необходимости) - 1 шт., MCK-723(при необходимости) - 1 шт., MCK-736(при необходимости) - 1 шт., MCK-736П(при необходимости) - 1 шт., MCK-746(при необходимости) - 1 шт., MCK-764(при необходимости) - 1 шт., MCK-765(при необходимости) - 1 шт., MCK-766(при необходимости) - 1 шт., MCK-767(при необходимости) - 1 шт., MCK-707(при необходимости) - 1 шт., MCK-706(при необходимости) - 1 шт., система противопролежневая с компрессором в вариантах исполнения: SWAT(при необходимости) - 1 шт., SWAP(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт.

5. Исполнение MEGI Evo моделей:

MEGI Evo Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0146713

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 7

ограждениями с пультом управления, пластиковым ложем, регулированием секций, Тренделенбурга, латерального наклона электроприводами в составе:
каркас кровати - 1 шт., ложе из пластика - 1 шт., электропривод колонного типа JC35EG - 3 шт., электропривод с ручным опусканием JC35L10 - 1 шт., электропривод JC35D4 - 1 шт., педаль управления JCF35V - 2 шт., пульт управления JCH35A6 - 1 шт., блок управления - 1 шт., аккумулятор JCP35PA - 1 шт., упорный механизм - 2 шт., спинка пластиковая - 2 шт., боковые ограждения пластиковые МСК-161П - 4 шт., пульт управления сестринский сенсорный JCHN35H3 - 2 шт., пульт пациента JCP35H03 - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., кнопка экстренного отключения электропитания JCP35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма выравнивания потенциалов GB(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JCP35U1(при необходимости) - 1 шт., пульт управления сестринский с дисплеем JCHN35H(при необходимости) - 1 шт., устройство для взвешивания КСК10(при необходимости) - 1 шт., ночная подсветка JCP35E1-LED(при необходимости) - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) МСК-115(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-330(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопролежневая с компрессором в вариантах исполнения: SWAT(при необходимости) - 1 шт., SWAP(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт., комплект матрасов-вставок для латеральной терапии МСК-768 (при необходимости) - 1 шт.

6. Исполнение MEGI Alta моделей:

MEGI Alta Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводами колонного типа, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями с пультом управления, пластиковым ложем, регулированием секций, Тренделенбурга, латерального наклона электроприводами в составе:
каркас кровати - 1 шт., ложе из пластика - 1 шт., электропривод колонного типа JC35EA3C - 2 шт., электропривод JC35D4 - 3 шт., электропривод с ручным опусканием

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146714

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 8

JС35L10 - 1 шт., педаль управления JCF35V - 2 шт., пульт управления JСН35А6 - 1 шт., блок управления - 1 шт., аккумулятор JСР35РА - 1 шт., упорный механизм - 2 шт., спинки пластиковые - 2 шт., боковые ограждения пластиковые МСК-161П - 4 шт., пульт управления сестринский сенсорный JСНН35Н3 - 2 шт., пульт пациента JСР35Н03 - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., кнопка экстренного отключения электропитания JСР35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма выравнивания потенциалов GВ(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JСР35U1(при необходимости) - 1 шт., пульт управления сестринский с дисплеем JСНН35Н(при необходимости) - 1 шт., устройство для взвешивания КСК10(при необходимости) - 1 шт., ночная подсветка JСР35Е1-LED(при необходимости) - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) МСК-115(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-330(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК ? 765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопрележневая с компрессором в вариантах исполнения: СWАТ(при необходимости) - 1 шт., СWАР(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-А(при необходимости) - 1 шт., комплект матрасов-вставок для латеральной терапии МСК-768 (при необходимости) - 1 шт.

7. Исполнение MEGI Salvita моделей:

MEGI Salvita 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, спинками из ЛДСП и металлическими боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Salvita 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, спинками ЛДСП, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами

в составе:

каркас кровати - 1 шт., ложе из стального листа - 1 шт., электропривод JС35D4 - 2 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0146715

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 9

электропривод с блоком управления JC35S10 - 1 шт., пульт управления JCH35A6 - 1 шт., спинка кровати ЛДСП- 2 шт., боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные МСК-109 - 2 шт., реечные деревянные МСК-163 - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., кнопка экстренного отключения электропитания JCP35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма выравнивания потенциалов GB(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JCP35U1(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопролежневая с компрессором в вариантах исполнения: SWAT(при необходимости) - 1 шт., SWAP(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт.

8. Исполнение MEGI Lita моделей:

MEGI Lita 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, спинками из ЛДСП и металлическими боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами;

MEGI Lita 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты электроприводом, спинками ЛДСП, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга электроприводами

в составе:

каркас кровати - 1 шт., ложе из стального листа - 1 шт., электропривод JC35D4 - 2 шт., электропривод с блоком управления JC35S10 - 1 шт., пульт управления JCH35A6 - 1 шт., спинка кровати ЛДСП- 2 шт., боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные МСК-109 - 2 шт., реечные деревянные МСК-163 - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., кнопка экстренного отключения электропитания JCP35Q1(при необходимости) - 1 шт., клемма выравнивания потенциалов GB(при необходимости) - 1 шт., USB розетка JCP35U1(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146716

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 10

необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт. МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт.

9. Исполнение MEGI Fonda моделей:

MEGI Fonda 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, металлическими спинками, ложем из стального листа, механическим регулированием секций (винтовой механизм);

MEGI Fonda 2 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, пластиковыми спинками, ложем из стального листа, механическим регулированием секций (винтовой механизм);

MEGI Fonda 3 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, пластиковыми спинками, пластиковым ложем, механическим регулированием секций (винтовой механизм);

MEGI Fonda 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, деревянными спинками, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, механическим регулированием секций (винтовой механизм)

в составе:

каркас кровати - 1 шт., винтовой механизм - 2 шт., упорный механизм - 2 шт., ложе в вариантах исполнения: из стального листа - 1 шт., из пластика - 1 шт., спинка кровати в вариантах исполнения: металлическая - 2 шт., пластиковая - 2 шт., деревянная - 2 шт., боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные МСК-109(при необходимости) - 2 шт., пластиковые малые МСК-161(при необходимости) - 4 шт., реечные деревянные МСК-163 - 2 шт., пластиковые МСК-160(при необходимости) - 2 шт., колеса - до 5 шт., гидропривод - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) в вариантах исполнения: МСК-112(при необходимости) - 1 шт., МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) в вариантах исполнения: МСК-115(при необходимости) - 1 шт., МСК-116(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-311(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146717

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 11

необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопрележная с компрессором в вариантах исполнения: СWAT(при необходимости) - 1 шт., СWAP(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт.
10. Исполнение MEGI Strong моделей:

MEGI Strong 1 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, пластиковыми спинками, реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга пневмоприводами;

MEGI Strong 2 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга пневмоприводами;

MEGI Strong 3 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, пластиковыми спинками, пластиковыми боковыми ограждениями, пластиковым ложем, регулированием секций и Тренделенбурга пневмоприводами;

MEGI Strong 4 Кровать медицинская функциональная с постоянной высотой, пластиковыми спинками, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга пневмоприводами;

MEGI Strong 6 Кровать медицинская функциональная с регулированием высоты гидроприводом, деревянными спинками, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, регулированием секций и Тренделенбурга пневмоприводами

в составе:

каркас кровати - 1 шт., упорный механизм - 2 шт., ложе в вариантах исполнения: из стального листа - 1 шт., из пластика - 1 шт., спинка кровати в вариантах исполнения: пластиковая - 2 шт., деревянная - 2 шт., боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные МСК-109 - 2 шт., пластиковые малые МСК-161 - 4 шт., реечные деревянные МСК-163 - 2 шт., пластиковые МСК-160(при необходимости) - 2 шт., колеса - до 5 шт., гидропривод - 1 шт., пневмопружины - 4 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама Балканского) МСК-115(при необходимости) - 1 шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-330(при необходимости) - 1 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0146718

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 12

подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопролежневая с компрессором в вариантах исполнения: SWAT(при необходимости) - 1 шт., SWAP(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт.

11. Исполнение MEGI Spin моделей:

MEGI Spin 1 Кровать медицинская функциональная с механическим регулированием высоты (винтовой механизм), металлическими спинками, ложем из стального листа, механическим регулированием секций (винтовой механизм);

MEGI Spin 2 Кровать медицинская функциональная с механическим регулированием высоты (винтовой механизм), пластиковыми спинками, ложем из стального листа, механическим регулированием секций (винтовой механизм);

MEGI Spin 3 Кровать медицинская функциональная с механическим регулированием высоты (винтовой механизм), пластиковыми спинками, пластиковым ложем, механическим регулированием секций (винтовой механизм);

MEGI Spin 6 Кровать медицинская функциональная с механическим регулированием высоты (винтовой механизм), деревянными спинками, деревянными реечными боковыми ограждениями, ложем из стального листа, механическим регулированием секций (винтовой механизм)

в составе:

каркас кровати - 1 шт., винтовой механизм - 3 шт., упорный механизм - 2 шт., ложе в вариантах исполнения: из стального листа - 1 шт., из пластика - 1 шт., спинка кровати в вариантах исполнения: металлическая - 2 шт., пластиковая - 2 шт., деревянная - 2 шт., боковые ограждения в вариантах исполнения: реечные МСК-109(при необходимости) - 2 шт., пластиковые малые МСК-161(при необходимости) - 4 шт., реечные деревянные МСК-163 - 2 шт., пластиковые МСК-160(при необходимости) - 2 шт., колеса - до 5 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., штанга для подвески ручных опор(подтягивания) в вариантах исполнения: МСК-112(при необходимости) - 1 шт., МСК-114(при необходимости) - 1 шт., штанга двухопорная (Рама-Балканского) в вариантах исполнения: МСК-115(при необходимости) - 1 шт., МСК-116(при необходимости) - 1

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0146719

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 августа 2024 года № ФСР 2008/03118

Лист 13

шт., штатив для вливаний (инфузионная стойка) МСК-311(при необходимости) - 1 шт., подставка для судна(держатель) МСК-113-01(при необходимости) - 1 шт., матрас в вариантах исполнения: МСК-701(при необходимости) - 1 шт., в МСК-701П(при необходимости) - 1 шт., МСК-721(при необходимости) - 1 шт., МСК-723(при необходимости) - 1 шт., МСК-736(при необходимости) - 1 шт., МСК-736П(при необходимости) - 1 шт., МСК-746(при необходимости) - 1 шт., МСК-764(при необходимости) - 1 шт., МСК-765(при необходимости) - 1 шт., МСК-766(при необходимости) - 1 шт., МСК-767(при необходимости) - 1 шт., МСК-707(при необходимости) - 1 шт., МСК-706(при необходимости) - 1 шт., система противопрележная с компрессором в вариантах исполнения: СВАТ(при необходимости) - 1 шт., СВАР(при необходимости) - 1 шт., матрас с функцией нагрева и охлаждения GR08-1-A(при необходимости) - 1 шт.

С комплектом принадлежностей:

Кнопка для вызова персонала МР-413D1 - 1 шт., система информирования о нарушении постельного режима МР-020M2 - 1 шт., индивидуальный свет для пациента LDNL1-2006-1-VV-5-K01 - 1 шт., ложе с функцией удлинения МСК-164/1 - 1 шт., излом спинной секции МСК-164/2 - 1 шт., рентген прозрачная секция МСК-164/3 - от 1 до 5 шт., держатель рентгеновской кассеты МСК-164/4 - от 1 до 5 шт., полка для обуви МСК-164/5 - 1 шт., держатель мочеприемника МСК-164/6 - 1 шт., держатель кислородного баллона МСК-164/7 - 1 шт., ограничитель дистанции до стены МСК-164/8 - 1 шт., карман для документов МСК-164/9 - 1 шт., дополнительное место для сиденья МСК-164/10 - 1 шт., держатель полотенца МСК-164/11 - 1 шт., столик МСК-164/12 - 1 шт., средство для перекладывания НХWY-ZY-1 - 1 шт.

2



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0146720