ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 ºС.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см^2, время выдержки 45 мин.).

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Средний срок службы не менее 2-х лет.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г.

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com *www.elamed.com*

ОМ № 23.40.10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 ºС.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см^2, время выдержки 45 мин.).

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Средний срок службы не менее 2-х лет.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г.

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com *www.elamed.com*

ОМ № 23.40.10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 ºС.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см^2, время выдержки 45 мин.).

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Средний срок службы не менее 2-х лет.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г.

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com *www.elamed.com*

ОМ № 23.40.10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 ºС.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см^2, время выдержки 45 мин.).

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Средний срок службы не менее 2-х лет.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г.

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com *www.elamed.com*

ОМ № 23.40.10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 ºС.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см^2, время выдержки 45 мин.).

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Средний срок службы не менее 2-х лет.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г.

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com *www.elamed.com*

ОМ № 23.40.10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 ºС.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (120+2 °С, давление пара 1,1 кгс/см^2, время выдержки 45 мин.).

Технические характеристики:
Номинальная вместимость 350 мл
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм
Масса не более 80 гр.
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.

Средний срок службы не менее 2-х лет.

Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и утилизируется (см. раздел Утилизация).

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г.

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com *www.elamed.com*

ОМ № 23.40.10